

Ajánlattevő: Polytech Hungaria Kft.
1093 Budapest
Vámház krt. 13.

S&G Consulting Kft.
1063 Budapest
Szinyei Merse u. 8. III./10.
Pap László részére

Tárgy: **előzetes vitarendezés** kezdeményezése az SG-759. számú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, amely a Bajai Szent Rókus Kórház részére szemlencsék, mikrosebészeti kések és szemészeti oldatok beszerzésére vonatkozik

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott Pánczél-Nagy Éva Anna mint a Polytech Hungaria Kft. (1093 Budapest, Vámház krt. 13.) meghatalmazott képviselője ezúton a Kbt. 79.§ (1) a) pontjában foglaltak alapján

előzetes vitarendezést kezdeményezünk

a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. részteljesítésével kapcsolatosan tekintettel a 2014. február 5. napján kelt írásbeli összegzésben foglaltak, valamint a 2014. február 6. napján az iratbetekintés során tett megállapításainkra, mely szerint olyan ajánlattevőt jelöltek meg nyertesként a fenti rész tekintetében, akinek az ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott műszaki leírás feltételeinek.

Az iratbetekintés alkalmával az alábbi megállapításokat tettük:

3. részajánlat: Szemlencse egytestű hidrofil akril

Észrevételek a Medicontur Orvostechnikai Kft. műszaki ajánlatával kapcsolatban:

- A műszaki leírás követelményei az Ajánlati felhívás 8. oldala alapján:

- egytestű hidrofil akril műlencse
- kötött UV szűrővel
- lábforma: módosított C
- lábdőlés 5°
- optikai átmérő 6.0 mm
- külső átmérő 12.5 mm
- dioptria tartomány 1 D-től – 34,0 D-ig
- lencseforma bikonvex
- „A” konstans 118,2
- Törésmutató: 1,46

- Észrevétel: A Medicontur Orvostechnikai Kft. által megajánlott Medicontur 612HPS típusú műszemlencse technikai paraméterei az általuk beadott pályázati dokumentáció 83.-84. oldala alapján a következők:

- egytestű hidrofil akril műlencse
- kötött UV szűrővel
- lábforma: módosított C
- lábdőlés 9°
- optikai átmérő 6.0 mm
- külső átmérő 12.5 mm
- dioptria tartomány 1 D-től – 34,0 D-ig
- lencseforma bikonvex
- „A” konstans 118,9
- Törésmutató: 1,46

Megállapítható, hogy a Medicontur Orvostechnikai Kft. által ajánlott Medicontur 612HPS műszemlencse paraméterei nem felelnek meg a támasztott műszaki követelményeknek a lábdőlés és az „A” konstans esetében, így nem felel meg a kiírásnak.

Fentiekre való tekintettel véleményünk szerint a Medicontur Orvostechnikai Kft. a 3. rész tekintetében érvénytelen ajánlatot tett.

A Kbt. 74.§ (1) e) pontja alapján nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek.

Az előzőek alapján kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az írásbeli összegzés 3. részét módosítsa akként, hogy a Medicontur Orvostechnikai Kft. 3. részteljesítésre tett ajánlatát a Kbt. 74.§ (1) e) alapján minősítse érvénytelennek.

Mór, 2014. február 7.

Pánczél-Nagy Éva Anna

Pánczél-Nagy Éva Anna
meghatalmazott képviselő

POLYTECH HUNGARIA KFT
1093 Bp., Vámház krt. 13.
Adószám: 14717060-2-43
Bsz.: 11500092-11050573
Cg.: 01-09-916563
1.